# P Dispositivo de Suspensão / Cestas de Utensílios (Acessório Separado)

**CUIDADO- considerar a instrução de operação!**

**A montagem de acessórios e também a re-equipagem de componentes do aparelho somente podem ser executadas em concordância com as determinações da instrução de operação.**

O dispositivo de suspensão [11] serve como fixação para as cestas de utensílios [13] ou para alojamento do holofote ultravioleta móvel. A suspensão consiste de cantoneiras de fixação [10] e da haste [12]. **As cestas de utensílios são um acessório separado.**

**AVISO - Desinfecção.**

**O dispositivo de suspensão é fabricado em aço inoxidável e pode ser automaticamente aquecido para a desinfecção.**

**Montagem do dispositivo de suspensão.**
A chapa perfurada [5] protege o filtro de ar de circulação no tecto do recinto útil [1] contra danificação e comanda o comportamento de fluxo de saída do ar que sai do filtro de ar de circulação para o recinto útil.
No lado frontal, a chapa perfurada é encaixada em vários pinos no lado da parede traseira do recinto útil e é fixada com dois parafusos no batente da carcaça.
O dispositivo de suspensão [11] será fixado nos dois fixadores da chapa perfurada [7] do batente da carcaça.

1. Desmontar a chapa perfurada [5]. Para isso, soltar os dois parafusos [2], bascular levemente a chapa para trás, desencaixar dos pinos [3] no lado frontal e retirar.
2. As duas cantoneiras de fixação [10] do dispositivo de suspensão serão fixadas nos suportes da chapa perfurada [7] do batente da carcaça. Inserir os pinos de rosca das placas de apoio [6] por cima, através dos furos dos suportes da chapa perfurada. Colocar a cantoneira de fixação [10] por baixo e aparafusar as porcas [8] e apertar.
3. Para a montagem, encaixar a chapa perfurada nos seis furos [4] nos pinos [3] no lado frontal.
4. Depois, aparafusar a chapa perfurada com os dois parafusos [2] nas luvas de rosca [9] no suporte da chapa perfurada.
5. Colocar a haste [12] nas duas cantoneiras de fixação e suspender o recipiente [13] na haste. Os recipientes possuem um dispositivo de suspensão onde podem ser suspensos mais recipientes [14].

**AVISO – Chapa Perfurada**

**A chapa perfurada é um componente relevante para a segurança. Antes da colocação em operação do aparelho, verificar se a chapa perfurada está colocada correctamente no tecto do recinto útil e foi fixada firmemente.**